

Ouverture de session Softlab V4

Login to SOFTLAB

User ID:

Password:

OK Cancel Help

Entrer votre ID
(2 caractères + 1 nombre)
(ex: ab23, mt1, etc..)

Entrer votre
mot de passe

Appuyer
sur OK

Étape 1

Ouverture d'une
session Softlab

Pas de code ?

Si vous avez oublié votre
ID ou mot de passe vous
pouvez communiquer
avec l'informatique du
laboratoire au 22453

Change User Password

Password:

New Password:

Confirm:

New User ID:

Confirm User ID:

OK Cancel Help Options

Password Rules

- ✓ Must have at least 8 characters
- ✓ Must have at least 1 capital letter
- ✓ Must have at least 1 small letter
- ✓ Must have at least 1 digit
- ✓ Must have at least 1 special character
- ✓ Password is Confirmed

Saisir l'ancien mot de passe

Entrer le nouveau mot de passe
deux fois pour le confirmer

Les indicateurs s'illuminent quand les
règles de sécurité sont rencontrées.

Ainsi, le mot de passe doit contenir:

- Au moins 8 caractères
- Avoir au moins 1 majuscule
- Avoir au moins 1 minuscule
- Avoir au moins 1 chiffre

Scan des prélèvements

Étape 2 - Double-cliquer sur l'icône « Prélèvement »



Scan des prélèvements

Étape 3 - Le curseur est déjà dans cette case

Étape 4 (optionnel) - Mettre le crochet à **N** si le prélèvement n'est pas fait pour un tube.

Étape 5 (optionnel) Vous pouvez changer la date et l'heure du prélèvement +/- 15 minutes

Cocher pour scanner plusieurs patients à la fois

Identification du tube inscrite sur l'étiquette

Pour réimprimer des étiquettes

Les initiales représentent une signature électronique du professionnel autorisé à effectuer le prélèvement. Si le prélèvement a été effectué par le médecin inscrire JDOC. Si le prélèvement a été effectué par le patient, laisser vos initiales puisque c'est vous qui indiquez l'heure.

Étape 6 - Appuyer sur **Sauvegarder** quand les modifications sont terminées

Analyses faites sur le tube sélectionné

Requête	Priorité	Spéc	Stat. de T	# Dossier	code à barre:	Nom	DT	CR	ES	O	N	R	P	Par	P DATE	P HEURE	Lit	Unité
H8100001	R	10G	PXL	J99999999	67	TEST ST-JEROME, PATIEM					✓			UITE0	2010/10/10	10:02	2	SOINS IN
H8100001	R	HBL	CAUT1	J99999999	50	TEST ST-JEROME, PATIEM				✓				UITE0	2010/10/10	10:02	2	09 SOINS IN
H8100001	R	HLA	HAUT1	J99999999	36	TEST ST-JEROME, PATIEM				✓				UITE0	2010/10/10	10:02	2	09 SOINS IN
H8100001	R	UNS	CHUAN	J99999999	60	TEST ST-JEROME, PATIEM				✓				UITE0	2010/10/10	10:02	2	09 SOINS IN

Requête: H810000167

4 Spécimens

Information sur la requête

Collection en Lot

5 Transfert du "Scan" de Prélèvement

Commreg. (F8) Commspc (F9) Historique ImprimerÉtiquette Prélèvement (F6) Copier Commentaire (!) Sauvegarder

Test(s) pour spécimen sélectionné

Test	Nom du test
GLU	GLUCOSE à jeun
BUN	UREE (s)
CREA	CREATININE (s)

Déconnexion de SoftLab V4

SoftLab 4.0.4 - UPGRADE V4 - CSSS de Saint-Jérôme

Fichier Affichage Requêtes Phlébotomie Résultats Interr Rapports Tables Utilitaires Interfaces Outils Aide

Requêtes
Phlébotomie
Résultats
Inter
Rapports
Tables
Utilitaires
Interfaces

Saisie des Requêtes Prélèvement Résultats Interrogation SoftLab Aide

Étape 7 - Lorsque votre travail est terminé, vous devez **FERMER** votre session Softlab.

N'oubliez pas que vous êtes responsable de l'usage de votre code d'accès; C'est votre signature électronique !

Permet de vous déconnecter SANS fermer le logiciel Softlab

Fermeture complète du logiciel Softlab

Si le fenêtre suivante apparait, choisissez Quitter quand même et toutes les autres fenêtr se fermeront

Gestionnaire de Tâches

Il y a des applications SoftLab/SoftMic qui génèrent encore.
Il est recommandé de sélectionner "Run Task Manager" et de fermer les applications lancées.

Lancer le Gestionnaire de Tâches Quitter Quand Même Annuler

Initiale Softlab de l'utilisateur actuellement connecter

Appuyez sur F1 pour obtenir l'Aide.

Usager: BRIKO Env: jfLIVE4 Term: P5607 Système: SoftLab NUM 2011-06-28 09:07

démarrer FBM Gestio... Micros... SoftLa... Saisie ... Interr... Systè... 09:10

Problèmes fréquemment rencontrés

- **Est-ce que mon tube s'est bien scanné?** Pour le savoir, il est possible de re-scanner le spécimen et s'il a déjà été scanné cela indiquera « Aucun spécimen »
- **J'avais scanné mon tube mais il a quand même été refusé?** Il est possible de le spécimen ait été scanné mais que les données n'aient pas été sauvegardées. Il faut s'assurer de cliquer « Sauvegarder » par la suite. Il ne faut jamais sortir du programme avant d'avoir cliqué « Sauvegarder ». Si on clique sur le gros X rouge cela nous sortira du scan prélèvement sans avoir sauvegardé.
- **Mon lecteur de codes à barre ne fonctionne pas?** Habituellement, un laser rouge sera visible si le lecteur de code à barres est fonctionne. Il est possible d'ouvrir un document Word et scanner un tube pour vérifier, cela devrait alors inscrire le numéro de requête.